



Nome commerciale

PROPALOGGER USB TEMP SINGLE USE 60 DAYS

Identificazione della società

Produttore: PROPAGROUP S.p.A.

Indirizzo: Via Genova, 5/B - 10098 Rivoli (Torino) - Italia

www.propagroup.com - info@propagroup.com

Tel. +39 011 9507777 - Fax +39 011 9507800

1. Descrizione ed applicazione

PROPALOGGER USB TEMP SINGLE USE 60 DAYS è un di registratore singolo uso di dati della catena del freddo. Viene utilizzato principalmente per la registrazione della temperatura durante lo stoccaggio e il trasporto di prodotti alimentari, medicinali, prodotti chimici e altri prodotti. Al termine della registrazione, è possibile inserirla nella porta USB del computer e ottenere direttamente il report in PDF.



2. Caratteristiche tecniche

Principali specifiche operative	
Dimensione	67 x 28 x 5,5 mm
Peso	12 g
Accuratezza temperatura	±0,5 °C tra -20 °C e +40 °C ±1,0 °C fuori dal campo
Campo temperatura	Tra -30 °C e +60 °C
Opzione di registrazione	Uso singolo
Capacità di archiviazione dati	10.000
Batteria / Durata a scaffale	Batteria a bottone CR2032 / 2 anni
Intervallo di registrazione	10 minuti
Durata della registrazione	60 giorni
Intervallo allarme temperatura	>8 °C oppure <2 °C



SCHEDA TECNICA

Documento : ST 310
Edizione : 01
Data : Gennaio 2024

PROPALOGGER USB TEMP
SINGLE USE 60 DAYS



Tipo di allarme	Il LED rosso lampeggerà ogni 10 s se la temperatura è fuori dal campo
Ritardo nella partenza	30 minuti
Report generato	Generazione automatica di report PDF
Livello impermeabilizzazione	IP67 (con sacchetto sigillato)
Certificazioni	FCC, CE, RoHS

3. Produzione e Qualità

PROPAGROUP è certificata secondo la norma UNI EN ISO9001 / ISO14001 e produce secondo i requisiti delle principali norme europee ed internazionali del settore.

I valori qui riportati sono il risultato di prove di laboratorio standardizzate e sono dati esclusivamente a titolo indicativo al fine di facilitare la scelta e l'impiego dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo che ne deve fare.

Realizzato: Direzione Tecnica

Revisionato: Ufficio Qualità

Approvato: Direzione